仕様書

1.品　　目：パラフィン包埋装置の購入

2.数　　量：1式

3.使用目的：マウスなどの組織や培養細胞の標本を安全かつ均質に作製する。

4.納入期限：平成25年3月29日

5.納入場所：第3研究棟　4階　L401室

6.構造及び規格、性能又は特徴：

1. 装置は卓上型で、半密閉式のロータリータイプであること。
2. 試薬コンテナーは10個、ワックスバスは2個搭載できること。
3. 処理プログラムは8種類以上登録可能であること。
4. 処理バスケットはカセットを70個以上収納可能であること。
5. 加圧・引圧を行えるバキューム機能を備えていること。
6. 有害な臭気を除去するため臭気コントロールシステムを備えていること。
7. 臭気を軽減するための活性炭フィルターを備えていること。
8. 本体に臭気遮蔽シールドを備えていること。
9. 各処理槽において薬液の撹拌を行えること。
10. 不意に電源供給が遮断された場合、処理中のバスケットは試薬コンテナー内の薬液中で待機し、検体の乾燥を防止することが出来ること。
11. 停電などにより、いずれかの処理槽で、プログラムされた浸漬時間を超過した場合、該当の処理槽ナンバーと超過した時間を表示することが出来ること。
12. サイズは直径820㎜以内で、高さ780㎜以内の範囲内のものであること。重量は60kg以内であること
13. 電源は100V 15Aであること。

7.検査：

納入作業完了後、当研究所職員が所定の要件を満たし、作業完了報告及び調整を確認したことをもって検査合格とする。

8.その他：

1. 納入場所指定の位置までの搬入、据付、調整を行うこと。
2. 上記の装置本体の導入に際して、設置後に具体的な使用方法を使用者に説明すること。
3. 1年間は保証の範囲内での保証を供給側が行うこと
4. 取扱説明書は日本語版、英語版を各1部ずつ提出すること。

所属部課名　先端粒子線生物研究プログラム
使用者名　　下川　卓志